

**CONCURSO ADJUDICACION MEDIANTE  
PROCEDIMIENTO ABIERTO  
SUMINISTROS  
REF: EQ-CAL/AIMEN2013**

**SUBSANACION ERROR MECANOGRAFICO  
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS  
LOTE 4**

**“Fuente láser pulsada Ultravioleta”**

**Se ha detectado un error mecanográfico en el lote Nº 4: fuente láser pulsada Ultravioleta**

En la página 20 del P.P.T. donde dice: “ Eje Z motorizado integrado en la estación de trabajo, programable desde el control láser, con recorrido de 500mm o mayor, precisión de 50 micras o mejor y repetitividad **de 1.5micras** o mejor. La velocidad de posicionamiento deberá ser de 1500mm/min o mayor.”

Debería decir:

Eje Z motorizado integrado en la estación de trabajo, programable desde el control láser, con recorrido de 500mm o mayor, precisión de 50 micras o mejor y repetitividad **de 15micras** o mejor. La velocidad de posicionamiento deberá ser de 1500mm/min o mayor.

**Lo que se comunica para general conocimiento, pidiendo disculpas por el error detectado**

**El Secretario**